

Medtronic

Medtronic GmbH

Earl-Bakken-Platz 1
40670 Meerbusch
Deutschland

Tel: +49 2159 8149-0
Fax: +49 2159 8149-100

www.medtronic.de

Meerbusch, 13.11.25

Verlängerung Haltbarkeit McGRATH™ MAC Batterie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Batterie des McGRATH™ MAC hat von nun an eine verlängerte Haltbarkeit von 24 Monaten ab dem Produktionsdatum. Die Verlängerung dieser Angabe wurde allein durch Echtzeit-Tests, ohne Änderungen an der Batterie selbst, erfasst. Um zu gewährleisten, dass die Batterien diese Vorgabe erfüllen, wurde die Erstnutzung der Batterie nach dem letzten Tag der 24 Monate Lagerung getestet.

Die McGRATH™ MAC-Batterie ist auf 250 Minuten Laufzeit des Geräts ausgelegt, sofern sie erstmals bis spätestens zum Haltbarkeitsdatum verwendet wird (d. h. zum letztmöglichen Datum der Erstnutzung).

Medtronic und zugelassene Händler sind berechtigt, die McGRATH™ MAC-Batterien im gesamten Zeitraum zwischen dem gekennzeichneten Produktionsdatum und dem Haltbarkeitsdatum (dementsprechend 2 Jahre) zu vertreiben. Tests zur Haltbarkeitsdauer bestätigen, dass die McGRATH™ MAC-Batterien wie vorgesehen funktionieren, wenn sie vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwendet werden.

Mit freundlichen Grüßen