TuBo-Cuff Monitor

Cuffdruckmesser

Der TuBo-Cuff Monitor wird zum Messen und Kontrollieren des Cuff-Drucks bei Endotrachealtuben und Trachealkanülen eingesetzt.
Mit dem TuBo-Cuff Monitor kann ein Über- oder Unterdruck schnell erkannt werden. Das Risiko einer Aspiration kontaminierter Sekrete mit Folgen einer Pneumonie, die durch Leckagen verursacht werden kann, wird ebenso reduziert wie das Risiko möglicher Nekrosen oder irreversibler Tracheomalazie durch das Abdrücken der Mikrozirkulation in der Trachealschleimhaut.
Zudem verhindert der patientenbezogene Cuffdruckmesser ein Übertragen von Bakterien und Viren von Patient zu Patient. Es ist die sicherste vorbeugende Maßnahme besonders bei hochinfektiösen Patienten.

1 |

	VE	REF
1 | TuBo-Cuff Monitor	12 St	20-60

GEBRAUCHSANWEISUNG - ANWENDUNG

1. Setzen Sie eine aufgezogene Spritze an das rechte Ende des Cuffdruckmessers. Verwenden Sie bei Endotrachealtuben und bei Trachealkanülen vorzugsweise eine 20 ml Spritze.
2. Verbinden Sie nun den Cuffdruckmesser mit dem linken Ende am Verbindungsschlauch des Endotrachealtubus bzw. der Trachealkanüle. Der sich aktuell im Cuff befindliche Druck wird auf der Skala angezeigt.
   - Bei Endotrachealtuben und Trachealkanülen sollte der Druck bei 20 cm - 30 cm H_2O liegen; der Pfeil befindet sich im grünen Bereich der Skala.
3. Befindet sich der blaue Zeiger nicht im grünen Bereich der Skala, blocken Sie den Cuff mit Hilfe der bereits angeschlossenen Spritze, bis der optimale Druck im Cuff aufgebaut ist.
   Sollte sich der blaue Zeiger nach 3-5 Sekunden bewegen, kann es sich um eine Leckage am Verbindungsstück handeln.
   Setzen Sie den TuBo-Cuff Monitor dann erneut an und wiederholen Sie im Bedarfsfall Schritt 1-3.
4. Wenn der gewünschte Cuffdruck erzeugt wurde, muss der TuBo-Cuff Monitor entfernt werden.

Stand: 25.09.2017 Rev.04 PB_TCM_DE-EN_RZ-20170925

its-novo.de

Novo Klinik-Service GmbH | Technologiepark West - Haus 15 | Zum Frenser Feld 1 | 50127 Bergheim | Deutschland | Tel. +49 2271 99404-0 | Fax +49 2271 99404-100 | info@its-novo.de
Inoris Medical Sp. z.o.o. | Polen